

TEST Owulacyjny paskowy 5 sztuk DIATHER

Cena: 8,89 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	5 szt.
Postać	-
Producent	DIATHER PETRUSEWICZ SP.K.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis TEST Owulacyjny paskowy 5 sztuk DIATHER Szybki test paskowy służący do wykrywania ludzkiego hormonu LH o stężeniu równym lub wyższym niż 40 mIU/ml. Test wykorzystuje zjawisko nagłego wzrostu poziomu hormonu LH w moczu kobiety, wykonywany w celu oznaczenia dni płodnych. TEST OWULACYJNY paskowy przeznaczony jest do oznaczania poziomu hormonu luteinizującego (LH) w moczu. Poziom hormonu wzrasta tuż przed najbardziej płodnym dniem w cyklu miesięczkowym. Wzrost hormonu LH powoduje uwolnienie jednej z komórek jajowych z jajnika, co określa się mianem owulacji. WSKAZANIA DO WYKONANIA TESTU: Oznaczenie dni płodnych. Podczas owulacji (jajeczkowania) dochodzi do uwolnienia z jajnika dojrzałej, gotowej do zapłodnienia komórki jajowej, która dostaje się do jajowodu, gdzie może zostać zapłodniona, jeśli w ciągu 24 godzin dojdzie do spotkania z nasieniem mężczyzny. W połowie cyklu miesięczkowego w organizmie kobiety dochodzi do nagłego wzrostu stężenia hormonu luteinizującego (tzw. „pik LH”). Owulacja następuje zwykle w ciągu 24 do 36 godzin po „piku LH” i właśnie w tym czasie jest najbardziej prawdopodobne zajście w ciążę. Należy mieć świadomość, że owulacja może nie wystąpić w każdym cyklu. TEST OWULACYJNY paskowy jest szybkim testem, służącym do wykrywania ludzkiego hormonu LH o stężeniu równym lub wyższym niż 40 mIU/ml. Test wykorzystuje zjawisko nagłego wzrostu poziomu hormonu LH w moczu kobiety. Wykonanie badania jest proste, polega na zanurzeniu paska testowego pionowo w moczu i odczytaniu w ciągu 5 minut wyniku badania. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 5 saszetek z testem paskowym instrukcja - Wyrób medyczny przeznaczony do samokontroli - posiada oznakowanie CE. - Posiada deklarację zgodności UE. - Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.